

YORULMA TEST LABORATUVARI
Biga/ÇANAKKALE
Tel: 0 286 395 10 10 Faks: 0 286 364 58 76
<http://www.icdas.com.tr>

TEST NUMUNESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

1. Test için gönderilecek olan numune şayet Coil hattı üretimi ise malzeme Aging yapılarak gönderilmelidir.
2. Müşteri tarafından gönderilen her numune için mutlaka numunenin çapı, her bir numune üzerine ayrı ayrı döküm numarası ve numune numarası belirtilmelidir.
3. Her numune için; bir asıl, yanında aynı çubuğun devamından kesilmiş bir yedek numune olacak şekilde hazırlanmalıdır. Numune uçları; Numunenin test öncesi her iki ucuda kalıplama aparatına oturtulacağı için her iki uç düzgün kesilmiş olmalıdır.
4. Numune yüzey kalitesi; eğer numune yüzeyi yağlı ise, bir kimyasal varsa, gönderilen numune yüzeyinde gözle görülebilecek kusurlar varsa, müşteriye gelen numune hakkında bilgi verilir, fotoğrafları çekilir ve gerekirse numuneler laboratuvar şefi tarafından reddedilir.

STANDARTLARA GÖRE NUMUNE ÖZELLİKLERİ							
TEST STANDARDI	DENETİM TİPİ	NUMUNE ADEDİ	TOPLAM ADET	NUMUNE BOYU			
				D≤12mm	D≤20mm	D≤32mm	D>32mm
DIN 488-1:2009	İLK DENETİM (RETEST)	3(Döküm)x7Numune +21 (YEDEK)	42	440 mm +30 mm	550 mm +30 mm	650 mm +20 mm	740 mm +20 mm
	PERİYODİK DENETİM	1(Döküm)x6Numune +6 (YEDEK)	12				
BS4449:2005+A3 :2016	İLK DENETİM (RETEST)	1(Döküm)x6Numune + 6 (YEDEK)	12				
	PERİYODİK DENETİM	1(Döküm)x6Numune + 6 (YEDEK)	12				
BRL 0501:2010	İLK DENETİM (RETEST)	3(Döküm)x7Numune + 21 (YEDEK)	42				
	PERİYODİK DENETİM	1(Döküm)x6Numune+ 6 (YEDEK)	12				
TS 708:2016	İLK DENETİM (RETEST)	1(Döküm)x6 Numune + 6(YEDEK)	12				
	PERİYODİK DENETİM	Her yıl en az; 1Adet 420B-C kaliteden, 1Adet 500B-C kaliteden + 2 (YEDEK)	4				
BDS 9252:2007	PERİYODİK DENETİM	1(Döküm)x5Numune+5(YEDEK)	10				
TSE K 591:2019 (İCDAS NTS 1)	PERİYODİK DENETİM	İmal edilen çap serisindeki; En düşük çaptan; 1(Döküm)x3Numune+3(YEDEK) En yüksek çaptan; 1(Döküm)x3Numune+3(YEDEK)	12				

NOT: Şayet müşteri standartlarda belirtilen sayıdan az adette numune ile test yaptırmak isterse bunu Yorulma Talep Formu'nda, müşteri tarafından belirtilmek istenen hususlar kısmını doldururken "Standarta uygun yük ve çevrim sayısında gönderilen numunelerin test edilmesi" şeklinde belirtmesi gerekmektedir.

Bölüm /Süreç Kodu : YTLDD-01
İlk Yayın Tarihi : 2.05.2014
Revizyon Tarihi/No : 17.11.2025/6

Sınıflandırma: **Internal**